

乳量計性能検査に用いる機器にかかる 推奨機種選定試験について（判定基準）

乳用牛群検定全国協議会（以下、本協議会という）が推奨する乳量計検査に用いる機器は、本協議会が行う以下の判定基準による試験を行うものとする。

試験方法

1) 試験用乳量計

- ① 3機種以上全10台以上の検査済み合格乳量計
- ② 1機種以上全1台以上の検査不合格乳量計

2) 試験

本協議会の性能試験要領に則り実施し判定する。

- ① 合格乳量計については、全台数が合格すること。
- ② 不合格乳量計については、全台数が不合格となること。

3) 使用する水

本協議会要領に則り、水道水16kg、比重係数1.032を使用する。
（乳量計メーカーのマニュアルにより水量は加減）

4) ラインと真空圧

ハイラインを想定し、約170cmへの取り付けする。
ハイラインとして一般的な真空圧である50KPaにて試験する。

5) 試験官

本協議会が任命する2名以上の試験官による。

（平成25年3月26日 全国牛群検定推進会議）